bedal 4 epi | pnb

Instruções para o usuário:
Bedal 4 - EPI / PNB dispositivo de fixação

DISPOSITIVO ESTÉRIL • HYPOALLERGENIC TAPE • FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA • DEHP GRÁTIS • NÃO PVC • TEMPO DE USO: 7 DIAS

POSICIONAMENTO DO DISPOSITIVO



Retire o papel longo da almofada do curativo [1].



Coloque o dispositivo embaixo do cateter, tubo ou cabo e pressione o curativo sobre a pele [2].



Coloque o cateter, tubo ou cabo compatível na ranhura flexível [3].



Coloque a presilha flexível sobre a base flexível [4a] e feche a presilha engatando os dois encaixes na mesma [4b]. **Dica:** Primeiro feche o lado da trela, em seguida o lado da borda.



Retire o papel esquerdo [5a] e direito [5b] da almofada do curativo e pressione o curativo contra a pele.



Em seguida, retire o papel da faixa adicional [6a] e cubra o cateter com a faixa [6b]. Pressione a faixa adicional sobre a pele.

Coloque um curativo transparente sobre o lado de entrada e o dispositivo de fixação [7].



Remova o protetor de papel do curativo transparente e pressione o curativo transparente sobre a pele [8].

REMOÇÃO DO DISPOSITIVO



Remova o curativo transparente usando a técnica de alongamento [9].



Retire a faixa adicional e puxe-a para o lado [10].



Abra a presilha segurando a borda flexível puxando-a para o lado [11].



Remova o cateter da ranhura flexível e, em seguida, retire o dispositivo de fixação puxando a almofada do curativo da pele [12].

Fabricante: BEDAL nv
Agoralaan A bis - 3590 Diepenbeek, Bélgica
T +32 11 28 69 02 - info@bedal.be

bedal

PT Rev: V02: Ago 2020